

JIS T 9001 医療用マスク クラスIII 試験クリア

三光産業株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 正和）は、ナノAG+AIRマスクSILKY FIT Premium（無敵マスク）がJIS T 9001 医療用クラスIIIの試験をクリアしましたのでご報告致します。コロナ禍の中、マスクが日常生活の必需品となっている状況下において弊社マスクは皆様に安心してご使用いただける性能であることをあらためてご報告致します。今後ともご愛顧の程、宜しくお願い致します。



項目	単位	品質基準			試験方法 (国条番号)
		クラスI	クラスII	クラスIII	
微小粒子捕集効率 (PFE)	%	≥95	≥98	≥98	5.1.1
バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE)	%	≥95	≥98	≥98	5.1.2
ウイルス飛まつ捕集効率 (VFE)	%	≥95	≥98	≥98	5.1.3
圧力損失	Pa/cm ²	<60	<60	<60	5.1.5
人工血液バリア性	kPa	10.6	16.0	21.3	5.1.6
可燃性	—	区分1	区分1	区分1	5.1.7
遊離ホルムアルデヒド	μg/g	≤75			5.2.1
特定アゾ色素 ^{a)}	μg/g	≤30 ^{b)}			5.2.2
蛍光 ^{c)}	—	著しい蛍光を認めず			5.2.3

現在、最終申請手続きを行っております。規格適合番号を取得でき次第、あらためてご報告致します。



第 6437788 号

第 6497516 号

三光産業株式会社の登録商標です